

Qual o tempo de validade da esterilização de gases embaladas em papel grau cirúrgico?

O novo paradigma de esterilização está relacionado _a eventos e não ao tempo relógio/calendário_ , o qual já foi incorporado no documento _Recommended Practices da Association of Perioperative Registered Nurses_ (AORN) desde 2000 (1). Apesar das recomendações internacionais, associando as datas de vencimento de esterilização de um material, tradicionalmente é prática comum das centrais de material de esterilização do Brasil estabelecer prazos de validade dos materiais esterilizados (gazes), variando de umasemana, em alguns casos 15 dias ou até alguns meses (1).